

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.07.2019 г. в 10:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/05. 07.2019 г., в следния състав:

Комисия:		
ПРЕДСЕДАТЕЛ Добромир Алексов	ЧЛЕН 1 Виктор Станчев	ЧЛЕН 2 Илко Буюклиев

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил	
протокола: 16.08.2019 г.	
Симо Симов	Рихард Майсен

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № 258-TP-19-TS-Y-3, с предмет „Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Тепломери с номинален дебит от $qr1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr25 \text{ m}^3/\text{h}$;
2. Обособена позиция № 2 - Тепломери с номинален дебит от $qr40 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr600 \text{ m}^3/\text{h}$.

На заседанието на комисията, на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП:

☐ Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

☒ Присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители;

Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти в деловодството на възложителя са постъпили оферти, съответно от:

1. Участник "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БОЯНА" АД – оферта с вх. № 693/28.06.2019 г. за обособена позиция № 1;
2. Участник "АРТТЕСТ - Б" ЕООД – оферта с вх. № 695/01.07.2019 г. за обособена позиция № 1 и съответно оферта с вх. № 696/01.07.2019 г. 09:11 ч. за обособена позиция № 2;
3. Участник "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД – оферта с вх. № 700/01.07.2019 г. за обособена позиция № 1;
4. Участник "ГАЗ ТЕСТ" ЕООД – оферта с вх. № 702/01.07.2019 г. за обособена позиция № 1;
5. Участник "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД – оферта с вх. № 704/01.07.2019 г. за обособена позиция № 1 и съответно оферта с вх. № 705/01.07.2019 г. за обособена позиция № 2.

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и оповести ценовите предложения на всеки един от участниците.

1. Участник "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БОЯНА" АД – предлага общата цена в размер на 61674,00 (шестдесет и една хиляди шестстотин седемдесет и четири) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 1;
2. Участник "АРТТЕСТ - Б" ЕООД – предлага общата цена в размер на 16017,40 (шестнадесет хиляди седемнадесет лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 1 и общата цена в размер на 723,00 (седемстотин двадесет и три) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 2;
3. Участник "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД – предлага общата цена в размер на 59146,00 (петдесет и девет хиляди сто четиридесет и шест) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 1;
4. Участник "ГАЗ ТЕСТ" ЕООД – предлага общата цена в размер на 61608,00 (шестдесет и една хиляди шестстотин и осем) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 1;

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

5. Участник "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД – предлага общата цена в размер на 19890,00 (деветнадесет хиляди осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 1 и общата цена в размер на 840,00 (осемстотин и четиридесет) лв. без ДДС за изпълнение на обособена позиция № 2.

С това приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица напуснаха залата.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти и направи следните констатации:

За обособена позиция № 1 – Топломери с номинален дебит от $qr1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr25 \text{ m}^3/\text{h}$:

1. Участник "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БОЯНА" АД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране;
2. Участник "АРТТЕСТ - Б" ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране;
3. Участник "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране;
4. Участник "ГАЗ ТЕСТ" ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране;
5. Участник "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.

След като констатира кои оферти отговарят на предварително заложените условия на възложителя, комисията извърши проверка за наличие на обстоятелство по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, а именно - има ли предложение в офертите на участниците, свързано с цена, което подлежи на оценяване и е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Комисията констатира, че е налице обстоятелство по чл. 72, ал. 1 от ЗОП по отношение на следните участници - "АРТТЕСТ - Б" ЕООД и "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите цени от горепосочените двама участници. Комисията реши да определи срок за предоставяне на обосновката до 5 (пет) дни от получаване на искането за това.

Комисията изпрати писма до участници "АРТТЕСТ - Б" ЕООД и "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД с изх. № 669/09.07.2019 г., с които изиска подробна писмена обосновка в срок от 5 (пет) дни от получаването им.

Във връзка изискването на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за наличието от всеки участник на валидна заповед от Държавна агенция за метрология и технически надзор ДАМТ, то за един от участниците е подадено писмо с вх. № 732/05.07.2019 г. от "ЕНБРА ТЕСТ" ЕООД, с което участникът информира комисията, че "АРТТЕСТ - Б" ЕООД не изпълнява изискването на възложителя да притежава валидна заповед за оправомощаване от ДАМТ. В писмото е посочено, че с притежаваната от "АРТТЕСТ - Б" ЕООД заповед участникът не покрива нормативно определените граници на разхода за проверка на посочените в т. 2.1 (За обособена позиция № 1) от Техническите спецификации топломери, а именно: топломер с описание - $qr1,5$; DN15; L=110/190 mm; GW; Pt500; и топломер с описание - $qr2,5$; DN20; L=190 mm; GW; Pt500.

Проверката за цитираните в предходното изречение топломери се извършва в диапазона на минимален разход съответно 0,015 м³/ч за единия и минимален разход 0,025 м³/ч за другия. "АРТТЕСТ - Б" ЕООД не е оправомощен със заповедта да извършва проверка на тези топломери, част от обособена позиция 1, предвид факта че в нормативния акт на ДАМТ е посочен минимален разход 0,03 м³/ч на топломерите, на които могат да се извършват проверки от дружеството.

Комисията извърши проверка в публично достъпна информация от ДАМТ на декларираното обстоятелство от всеки участник, включително и за "АРТТЕСТ - Б" ЕООД, относно притежаване на валидна заповед за оправомощаване от ДАМТ за съответните топломери с номинален дебит от $qr1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr25 \text{ m}^3/\text{h}$ от обособена позиция № 1. Комисията установи, че действително "АРТТЕСТ - Б" ЕООД, притежава валидна заповед за оправомощаване от ДАМТ, която не покрива разхода за проверка на посочените топломери в т. 2.1 (За обособена позиция № 1) от Техническите спецификации. Другите участници притежават заповеди, които покриват нормативно определените граници на разхода за проверка на посочените с описание топломери в т. 2.1 (За обособена позиция № 1) от Техническите спецификации.

Предвид гореизложения факт, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор комисията отстранява "АРТТЕСТ - Б" ЕООД по-нататъшно участие в поръчката за обособена позиция № 1 на основание чл. 192, ал. 1 от ЗОП.

Решението на комисията за отстраняването на "АРТТЕСТ - Б" ЕООД от по-нататъшно участие на поръчката за обособена позиция № 1 не променя обстоятелство, че "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД попада в хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и същото следва да предостави подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите цени.

В отговор на писмо с изх. № 669/09.07.2019 г., с което комисията поиска подробна писмена обосновка от двамата участници, в определения срок в деловодството на възложителя постъпи само един отговор с вх. № 764/16.07.2019 г. от "АРТТЕСТ - Б" ЕООД. Отговор за начина на образуване на предлаганите цени от "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД не бе получен.

Поради отстраняването на "АРТТЕСТ - Б" ЕООД, комисията не взе под внимание и не разгледа постъпилото деловодството на възложителя уточнило към офертата от отстранения участник с вх. № 824/26.07.2019 г.

Предвид факта, че "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД не представя подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите цени комисията единодушно реши да отстрани участника от по-нататъшно участие на поръчката за обособена позиция № 1 на основание чл. 107 т. 3 от ЗОП.

За обособена позиция № 2 - Топломери с номинален дебит от $qr40 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr600 \text{ m}^3/\text{h}$:

1. Участник "АРТТЕСТ - Б" ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране;

2. Участник "АКВА БИЛДИНГ СЪРВИЗ" ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.

Комисията констатира, че двамата участници притежават валидни заповеди от ДАМТ за съответните топломери с номинален дебит от $qr40 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr600 \text{ m}^3/\text{h}$ по обособена позиция № 2. Същите покриват нормативно определените граници на разхода за проверка на посочените с описание топломери в т. 2.2 (За обособена позиция № 2) от Техническите спецификации.

Комисията допусна двамата участници до по-нататъшно участие на поръчката **за обособена позиция № 2**

Комисията не извърши класиране, предвид факта че установи нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка с № 258-TP-19-TS-Y-3, с предмет: „Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Топломери с номинален дебит от $qr1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr25 \text{ m}^3/\text{h}$;
 2. Обособена позиция № 2 - Топломери с номинален дебит от $qr40 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr600 \text{ m}^3/\text{h}$., които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
- Допуснати са съществени пропуски в техническите спецификации, а именно:

1. Пропуснато е да се посочат типовете топломери, които са част от поръчката, но не са индивидуализирани с описание в т.2.2. от техническите спецификации.

2. В техническите спецификации не е разписано точно и еднозначно реда, по който следва да се поставят знаците за извършена метрологична проверка, съгласно Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, предвид липсата на цитирани членове, уреждащи поставянето на тези знаци, а именно чл. 846 и чл. 847.

Необходимо е да се конкретизира точно, условията съгласно горесцитираните разпоредби от Наредбата, спрямо които се поставят знаците след извършването на метрологичната проверка.

Комисията счита, че необходимостта от коригирането на нарушенията, чрез промяна на техническите спецификации в документацията на поръчката и невъзможността същата да бъде извършена без промяна на обявените условия за провеждането на процедурата, обуславят необходимостта за нейното прекратяване като единствена законова възможност за последващи действия по поръчката.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 193 от ЗОП и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП комисията предлага обществената поръчка, № 258-ТР-19-TS-Y-3, с предмет: „Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Тепломери с номинален дебит от $qr1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr25 \text{ m}^3/\text{h}$;
2. Обособена позиция № 2 - Тепломери с номинален дебит от $qr40 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr600 \text{ m}^3/\text{h}$. да бъде прекратена и за двете обособени позиции.

Настоящият протокол е подписан от членовете на комисията и представен за утвърждаване от Възложителя на 09.08.2019 г.

Приложение:

1. Съгласно текста,


СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на оферти

по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява
№ 258-ТР-19-ТЗ-У-З

Предмет: „Извършване на последваща метрологична проверка на топломери по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – Топломери с номинален дебит от $qr1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr25 \text{ m}^3/\text{h}$;
2. Обособена позиция № 2 - Топломери с номинален дебит от $qr40 \text{ m}^3/\text{h}$ до $qr600 \text{ m}^3/\text{h}$.”

Условия при отваряне на оферти: 05.07.2019 г. в 10:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

Таблица1 - Присъствие			
№	Участник (наименование на участника);	Представител на участник (три имена)	Подпис
1	„Енбра Тесис“ ЕООД	1. Здравка Николаева Тодорова 2. Николай Викторов Мухоморов	
2	„АртТест-Б“ ЕООД	Николай Мадаров	
3			
4			
5			