

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На дата 31.10.2019 г. в 11:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, се събра комисия, назначена със заповед №465-EP-19-MP-D-3/21 от 31.10.2019 г., в следния редовен състав:

| ПРЕДСЕДАТЕЛ | ЧЛЕН 1 | ЧЛЕН 2 |
|-----------------|--------------|----------------|
| Аделинка Кирова | Иван Тодоров | Симеон Стрезев |

**Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.**

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка възлагана чрез открита процедура №465-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност“ и РОП №00143-2019-0068

На заседанието на комисията присъстваше представител на ГЕОВАРА ЕООД. Представителя се вписа в присъствен списък.

1. Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти в деловодството на Възложителя са постъпили оферти, както следва:

| № по ред | Участник | Вх. № на оferта | Дата/час |
|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | ГЕОВАРА ЕООД | 9494 | 30.10.2019/15:51 |

След запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

2. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП.

2.1. ГЕОВАРА ЕООД

Документите на участника са представени в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията отвори опаковката, оловести нейното съдържание и предложените на участника ценови параметри, както следва:

Съдържание на опаковката:

- Опис на документите;
- Електронен носител, означен като съдържащ ЕЕДОП;
- Техническо предложение с приложени технически и оторизационни документи;
- Ценово предложение;
- Мостра на артикула;

Предложения на участника:

Единична цена за доставка на GPS уред за геодезическо заснемане със сантиметрова точност, в лв. без ДДС: **7 943**

Обща стойност на ценово предложение в лв. без ДДС: **182 689**

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника.

С това приключи публичната част на заседанието и присъстващите представители на участници в поръчката напуснаха залата. Председателят определи комисията да продължи своята работа на закрито заседание, което да се проведе на 08.11.2019 г.

На дата 08.11.2019 г. от 09:00 часа комисията се събра в редовен състав, на закрито заседание.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на представените техническо и ценово предложения, както и относно съответствието им с предварително обявените условия на обществената поръчка.

3.1. ГЕОВАРА ЕООД

Офертата на участника съдържа изискуемите от възложителя документи.

При прегледа на техническото предложение се установи, че документа е изготвен по образца на възложителя, съдържа минимално изискуемата информация относно техническите условия за изпълнение на поръчката и в него не са налице несъответствия. Приложени са и документи от производителя на уредите, удостоверяващи оторизацията за извършване на гаранционна поддръжка.

При прегледа на ценовото предложение се установи, че документа е изготвен по образца на възложителя, съдържа минимално изискуемата информация относно финансовите условия за изпълнение на поръчката и в него не са налице аритметични или други несъответствия.

При прегледа на предоставената мостра и техническа документация се установи, че е предложен артикул с параметри, отговарящи на минималните изисквания на възложителя като е предложен и допълнителен контролер за оборудването, но при тестване на от страна на технически компетентните членове на комисията бе установлен проблем при работата. Проблема се изразява в това че на всеки около 30 - 40 секунди се разпада връзката между двете устройства и след около две минути спират да работят, необходимо е рестартиране.

Тъй като технически компетентните членове на комисията не могат да установят категорично на какво се дължи проблема, се взе решение да се направи тестване на оборудването в присъствието на участника, за да се установи на какво се дължи проблема и дали е с оборудването или с необходими никакви допълнителни настройки.

Беше изготовено писмо с Изв.№8578/08.11.2019 г., което беше изпратено до участника ГЕОВАРА ЕООД и същият беше поканен за тестване на предоставената мостра на оборудването.

С това заседанието приключи и председателят определи комисията да продължи своята работа на открито заседание, което да се проведе на 13.11.2019 г.

На дата 13.11.2019 г. от 11:00 часа комисията се събра в редовен състав на открито заседание за извършване на проверка по чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваше представител на участника ГЕОВАРА ЕООД.

4. Комисията и представителят на ГЕОВАРА ЕООД пристъпиха към тестване на предоставената мостра на продукта, в резултат на което се установи, че оборудването не е технически изправно и не може да се установи нормалната му работоспособност. Резултата от проверката беше отразен в констативен протокол, който се подписа от членовете на комисията и от представителя на участника.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените технически условия за изпълнение обществената поръчка, поради което същият не се допуска до следващ етап и ще бъде предложен за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, със следните мотиви: Предложението от участника продукт не отговаря на техническите спецификации, тъй като в предоставената мостра на оборудването е налице технически проблем, който не позволява да се осигури нормалната му работоспособност. В резултат офертата не отговаря на предварително обявените технически условия за изпълнение на поръчката.

5. В резултат от разглеждане на офертата, комисията установи, че същата не може да бъде допусната до оценка и класиране.

С оглед на гореизложеното, комисията взе решение да предложи на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със следните мотиви: Единствената оферта в процедурата е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на техническите условия за изпълнение на поръчката.

С това председателят обяви край на заседанието и комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване на постъпилата оферта за участие в обществената поръчка.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

За резултат от извършена проверка по чл. 104, ал. 5 от ЗОП

Днес, 13.11.2019 г. от 11:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, се изготви настоящия констативен протокол, в който се отразяват резултатите от извършена проверка по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, чрез тестване на мостра, предоставена по обществена поръчка чрез открита процедура №465-EP-19-MP-Д-3, с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност“ и РОП №00143-2019-0068.

На проверката присъстват редовните членовете на комисия, назначена със заповед №465-EP-19-MP-Д-3/21 от 31.10.2019 г. и представител на участника в процедурата: ГЕОВАРА ЕООД.

В резултат от извършена проверка и тест на предоставената мостра на GPS уред, произведен от Hi-Target, модел Qbox8 и Qmini A7, се установи следното:

*Установено е проблем със фокусиране
между Qbox8 и Qmini A7, в следствие на
което при използване на Qbox8 от време
броят на измерени отвори се редуцира.
Същият проблем съществува и при използването на Qmini A7.*

За Комисията:

За ГЕОВАРА ЕООД:

**Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.**