

**РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order**

№ 135-EP-19-НМ-Д-3/ПЗ/ 03.09.2019г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклади за класиране на участниците от дата 02.09.2019, на комисия, назначена със Заповед № 1 на дата 30.05.2019 г. за провеждане на обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 135-EP-19-НМ-Д-3 с предмет: Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции, открита с Решение № 135-EP-19-НМ-Д-3 /P1 от 24.04.2019 г / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 02.09.2019, by commission nominated 1 on date 30.05.2019 for conducting open procedure № 135-EP-19-НМ-Д-3, with subject: " Supply of measuring instruments, by heading, announced with No 135-EP-19-НМ-Д-3 / P1 of 24.04.2019

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Тестер за напрежение и верига**

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:
  - 1.1. **Първо място** / First place - Мегер България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia
  - 1.2. **Второ място** / Second place - Унитех контрол ЕООД , гр.София /Unitech kontrol Sofia
2. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:
  - 2.1. Мегер България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria Sofia
3. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. "а" отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Радимекс ЕООД гр. Русе със следните мотиви:**  
В техническите изискванията е посочено „Визуален и звуков тест за наличие на верига до 500 КΩ”, а предлагания от участника уред е с параметри на „Визуален и звуков тест за наличие на верига до 100 КΩ.

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Токови клещи малък ток**

4. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:
  - 4.1. **Първо място / First place** - Мегер България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia
5. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:
  - 5.1. Мегер България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria Sofia
6. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. "а" отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник ЗЕТ Електро ЕООД гр. Стара Загора със следните мотиви:**  
В техническите изискванията е посочено:  
- „Обхват за променлив ток AC 0.001÷100А.”. Предлагания от участника уред е с параметри на „Обхват за променлив ток AC до 80А”.

- „Точност на уреда по ток AC:  $\pm (2\% \text{rdg.} + 3 \text{ Digits})$ ” - Предлаганият от участника уред е с по-ниска точност от изискваната.

7. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. “а” отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Фродексим трейд ООД с. Мрамор със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „Обхват за променлив ток AC 0.001÷100A”, а предлагания от участника уред е с параметри на „Обхват за променлив ток AC с минимална стойност на измерване от 0.01 A

8. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. “а” отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Унитех контрол ЕООД гр. София със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „Обхват за променлив ток AC 0.001÷100A”, а предлагания от участника уред е с параметри на „Обхват за променлив ток AC с минимална стойност на измерване от 0.01 A

#### **Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. Токови клещи голям ток**

9. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

9.1. **Първо място / First place** - Мереп България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia

9.2. **Второ място / Second place** - Делта инструмент ООД , гр.София /Delta Instrument Sofia

10. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

10.1. **Първо място / First place** - Мереп България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia

**На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, не се класира следния участник Унитех контрол ЕООД гр. София**

11. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. “а” отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник ЗЕТ Електро ЕООД гр. Стара Загора със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено :

-Обхват за променлив ток AC: 0.2 - 400(700)A” - В техническата документация на участника не е посочена долна граница на обхвата на измерване по ток.

- „Точност на уреда по ток AC:  $\pm (2,5\% \text{rdg.} + 10 \text{ Digits})$ ” - Предлаганият от участника уред е с по-ниска точност от изискваната .

#### **Относно :ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6. Уред за изпитване на изолационно съпротивление 1 000 V**

12. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

12.1. **Първо място / First place** - Мереп България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia

13. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

13.1. **Първо място / First place** - Мереп България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia

14. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. “а” отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник ЗЕТ Електро ЕООД гр. Стара Загора със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „Измерване на изолационно съпротивление до 20 G $\Omega$  с автоматично превключване на обхватите при измерване на напрежение 30 V AC и DC”. Предлагания от участника уред е с параметри на Измерване на изолационно съпротивление до 10 G $\Omega$ ”.

- точност в AUTO режим  $\pm(2 \text{ rig.} + 2 \text{ Digits})$ , предлагания модел на участника е с по-ниска точност от изисканата.

15. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. "а" отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Фродексим трейд ООД с. Мрамор със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „Да отговаря на стандарт IEC 61010 CAT III 1000V или CAT IV 600V.“ Предлагания от участника уред е с параметри на CAT III 600 V“.

- Корпус: Пластмасов, удароустойчив, термоустойчив до + 50°C, степен на защита IP54, предлагания модел е със степен на защита IP 40.

16. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. "а" отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Унитех контрол ЕООД гр. София със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „Корпус: Пластмасов, удароустойчив, термоустойчив до + 50°C, степен на защита IP54“ Предлагания от участника уред, няма отбелязана степен на защита. В ръководството на производителя (стр.30) е записано, че изделието може да работи само в закрити помещения.

- точност в AUTO режим  $\pm(2 \text{ rig.} + 2 \text{ Digits})$ , предлагания модел на участника е с по-ниска точност от изисканата

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8. Гъвкави токови клещи**

17. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

17.1. **Първо място / First place** - ЗЕТ Електро ЕООД , гр.Стара Загора/ZET Elektro EOOD Stara Zagora

18. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

18.1. **Първо място / First place** - ЗЕТ Електро ЕООД , гр.Стара Загора/ZET Elektro EOOD Stara Zagora

19. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. "а" отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Унитех контрол ЕООД, гр. София със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „ Измерване на MIN - MAX и ефективни стойности“ Предлагания от участника уред не може да измерва MIN - MAX и ефективни стойности

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9. Отворени токови клещи тип „Вилица“, за измерване на малки токове**

20. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

20.1. **Първо място / First place** - Делта инструмент ООД , гр.София/Delta Instrument OOD Sofia

21. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

21.1. **Първо място / First place** - Делта инструмент ООД , гр.София/Delta Instrument OOD Sofia

22. **Възложителят на основание чл.107.т. 2, б. "а" отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Унитех контрол ЕООД, гр. София със следните мотиви:**

В техническите изискванията е посочено:

- „Единствена функция TRUE RMS безконтактно измерване на ток“. Предлагания от участника уред може да измерва и други величини“.

- „Обхват за ток AC/DC.: TRUE RMS 0.1-100А. Предлагания от участника уред е с обхват 1,5-200А, и не мери постоянен ток”.

- „Наличност на индикация за безконтактно отчитане /наличие или отсъствие/ на променливо напрежение, посредством предупреждение чрез звуков сигнал”. Предлагания от участника уред няма такава функция.”.

- Отвор на работната част (Вилицата) максимално до 10 mm. Предлагания от участника уред е с размер на работната част - 20 mm.

- Точност по ток AC: AC 0 -100 А :  $\pm (2 \% \text{rdg.} + 5 \text{ знака})$ . Предлагания от участника уред е с параметри  $\pm 3.0\% + 5$  знака.

- Размери на уреда не по-голям от: дължина 162мм; ширина 42мм, дебелина 31мм, тегло не повече от 120гр. Предлагания от участника уред е с много по-голям рамер а именно дължина 193 мм; ширина 54 мм, дебелина 32 мм, тегло повече от 120 гр

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10. Уред за откриване и трасиране на подземни съоръжения в комплект с А-образна рамка за откриване на повреди**

**23. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в**

**процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

23.1. **Първо място** / First place - КМТ Сервиз ЕООД , гр.София /KMT Servis EOOD Sofia

23.2. **Второ място** / Second place - Фродексим трейд ООД , с.Мрамор/Frodeksim treid OOD Mramor

**24. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:**

24.1. **Първо място / First place** - КМТ Сервиз ЕООД , гр.София /KMT Servis EOOD Sofia

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11. Локализатор на повреди по кабелни линии-средно напрежение**

**25. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в**

**процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

25.1. **Първо място** / First place - Ф.Л. Стоян Георгиев , гр.Варна/Stoyan Georgiev Varna

**26. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:**

26.1. **Първо място / First place** - Ф.Л. Стоян Георгиев , гр.Варна/Stoyan Georgiev Varna

**Относно : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12. Уред за измерване на съпротивление на заземление**

**27. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в**

**процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

27.1. **Първо място** / First place - Мегер България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia

27.2. **Второ място** / Second place - Фродексим трейд ООД , с.Мрамор/Frodeksim treid OOD Mramor

**28. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:**

28.1. **Първо място / First place** - Мегер България ЕООД , гр.София /Meger Bulgaria EOOD Sofia

Комисията разгледа и оцени офертите за обособените позиции 4,5,7 и 13 , като се възползва от чл.21. ал. 6 и ще бъдат възложени съгласно реда валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях. В тази връзка комисията ще ги възложи на участник предложил най –ниска цена.

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision**

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.**

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20190415\\_URED1.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20190415_URED1.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

/ Procurator /

/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59,  
ал. 1 от ЗЗЛД