

**РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка**

№ 568-EP-17-НМ-Д-З/РЗ/ 25.07.2018г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклади за класиране на участниците от дата 24.07.2018г. на комисия, назначена със Заповед №1/ 16.04.2018 г., за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 568-EP-17-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди по обособени позиции, открита с Решение № 568-EP-17-НМ-Д-З/Р1 от 09.03.2018 г.

**1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 1: Тестер за напрежение и верига**

- 1.1. Първо място - Мегер България ЕООД , гр. София
- 1.2. Второ място - Унитех контрол ЕООД, гр. София

**2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 1 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 2.1. Мегер България ЕООД , гр. София

**3. Възложителят на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Радимекс ООД, гр. Русе. със следните мотиви:  
Мотиви:**

Участникът е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

1. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация 14/5 от 20.11.2017г., ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ т.1 Технически характеристики, уредът да разполага с визуален звуков тестер за наличие на верига до 500KΩ

**Несъответствия:**

Участникът е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

Визуалния звуков тестер на предоставената мостра показва наличие на верига до 100KΩ, вместо до 500KΩ, т.е не съгласно изискванията посочени в Техническа спецификация 14/5.

2. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация 14/5 от 20.11.2017г., ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ т.1 Технически характеристики, точност по напрежение AC: ( $\pm 3\% \text{rdg.} \pm 5 \text{ Digits}$ )

**Несъответствия:**

Участник Радимекс ЕООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

Уредът няма техническа възможност, защото няма дисплей на който да се вижда точността т.е. не е съгласно изискванията, посочени в Техническа спецификация 14/5 от 20.11.2017г.

**4. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 2: Токови клещи малък ток**

- 4.1. Първо място - Унитех контрол ЕООД, гр. София

**5. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 2 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 5.1. Унитех контрол ЕООД, гр. София

**6. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 3: Токови клещи голям ток**

- 6.1. Първо място - Мегер България ЕООД , гр. София
- 6.2. Второ място - Делта инструмент ООД, гр. София
- 6.3. Трето място - Унитех контрол ЕООД, гр. София
- 6.4. Четвърто място - Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор

**7. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 3 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 7.1. Мегер България ЕООД , гр. София

**8. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 4: Мултицет**

- 8.1. Първо място - Мегер България ЕООД , гр. София
- 8.2. Второ място - Унитех контрол ЕООД, гр. София
- 8.3. Трето място – ЗЕТ Електро ЕООД, гр. Стара Загора

**9. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 4 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 9.1. Мегер България ЕООД , гр. София

**10. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 5: Инфрачервен термотетър**

- 10.1. Първо място - Унитех контрол ЕООД, гр. София
- 10.2. Второ място - ЗЕТ Електро ЕООД, гр. Стара Загора
- 10.3. Трето място – Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор

**11. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 5 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 11.1. Унитех контрол ЕООД, гр. София

**12. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 6: Уред за изпитване на изолационно съпротивление 1000V**

- 12.1. Първо място - Мегер България ЕООД , гр. София
- 12.2. Второ място - Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор

**13. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 6 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 13.1. Мегер България ЕООД , гр. София

**14. Възложителят на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Унитех контрол ЕООД, гр. София със следните мотиви:**

**Мотиви:**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация 17/5 от 23.11.2017г., ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ т.1 Технически характеристики, измерване на изолационно съпротивление до 20GΩ.

**Несъответствия:**

Участник УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

Предложеният уред измерва изолационно съпротивление до 4GΩ, вместо посоченото в техническите изисквания до 20GΩ, т.е не е съгласно изискванията, посочени в Техническа спецификация 17/5 от 201.11.2017г.

Т.е. участник УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

**15. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 7: Уред за откриване и трасиране на подземни съоръжения в комплект с А-образна рамка за откриване на повреди**

- 15.1. Първо място - Мегер България ЕООД , гр. София
- 15.2. Второ място - Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор

**16. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 7 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 16.1. Мегер България ЕООД , гр. София

**17. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 8: - Локализатор на повреди по кабелни линии - средно напрежение**

- 17.1. Първо място - Ф.Л. С Информацията е зал. съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД гр. Варна

**18. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 8 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 18.1. Ф.Л. С Информацията е зал. съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД гр. Варна

**19. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 9 - Мултифункционален уред за тестване на силови трансформатори**

- 19.1. Първо място - Контрагент 35 ЕООД, , гр. Стара Загора

**20. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 9 се определя класираният на първо място участник , а именно:**

- 20.1. Контрагент 35 ЕООД, , гр. Стара Загора

**21. Възложителят на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Мегер България ЕООД, гр. София със следните мотиви:**

**Мотиви:**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация -ТС EP YUG EAD – ТС 69/00 от 01.12.2017г., съгласно т. 4.4. Допълнителни изисквания:

Да позволява едновременно свързване и едновременно измерване на всички изводи на трансформатора с цел по бързо отчитане и избягване на постоянното разединяване и присъединяване на проводниците. Да бъде без допълнителен модул за комутация.

**Несъответствия:**

Участник Мегер България ЕООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя, а именно:

В т.4.4 е посочено, че уреда трябва да е максимално компактен и без допълнителни модули за свързване и комутация на кабелите за измерване, необходимо е да бъдат свързани едновременно всички изводи на трансформатора (3 фази/ 6 намотки).

Предложеният уред е с допълнителен модул за връзка при трифазно свързване и допълнителни кабели за връзка между модулите.

Т.е. участник Мегер България ЕООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническата спецификация конкретни характеристики и параметри.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

22. В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 29.06.2018 г., участник Електрис ЕООД гр. София, НЕ е входирил оферта в деловодството на Възложителя.

23. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: за обособена позиция 10: Преносим измервателен изпитвателен прибор за проверка на токови измервателни трансформатори

23.1. Първо място - Контрагент 35 ЕООД, , гр. Стара Загора

24. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 10 се определя класираният на първо място участник , а именно:

24.1. Контрагент 35 ЕООД, , гр. Стара Загора

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17\\_EP\\_568Dostavka-na-izmervatelni-uredi-po-obosobe.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_568Dostavka-na-izmervatelni-uredi-po-obosobe.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Информацията е зал. съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

К  
Л

Информацията е зал. съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД