

ПРОТОКОЛ

Днес, 24.01.2017 в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/24.01.2017г., в следния състав:

Комисия:		
ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Възложител получил и утвърдил	
протокола: <u>27.02.2017г.</u>	
V1 Симо Симов	V2 Жанет Стойчева
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява №635-ТР-16-ТМ-Д-3 с предмет: „Доставка на водомери за дистанционно отчитане (с вграден M-bus модул за комуникация) и уплътнения“

На заседанието на комисията, на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП:

Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

Присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители;

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване ценовите предложения на всеки от участниците.

С това приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти в деловодството на Възложителя са постъпили оферти, съответно от:

1. Участник „Аквастар-СИС“ ООД, гр.Разград – оферта с вх. № 72/16.01.2017г.
2. Участник „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД, гр.София – оферта с вх. № 87/17.01.2017г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти и направи следните констатации:

1. Участник „Аквастар-СИС“ ООД е представил оферта с производител на водомери DIEHL METERING Германия, която не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията констатира следните несъответствия:

1.1. На въпрос от Техническо предложение: 4. Към настоящето Техническо предложение приложени са следните мостри: - $qr\ 1,5\ m^3/h - 90\ ^\circ C - 1\ брой$; - $qr\ 2,5\ m^3/h - 30\ ^\circ C - 1\ брой$; - $qr\ 5\ m^3/h - 30\ ^\circ C - 1\ брой$, е е маркиран отговор „Да“, като съответно не е предоставена мостра с параметри: $qr\ 5\ m^3/h - 30\ ^\circ C$

1.2. Общата стойност на ценовото предложение е над прага от 70 000 лв. без ДДС, определен в чл.20, ал.3, т.2. от ЗОП

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

2. Участник „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД, е представил оферта с производител на водомери BAYLAN Турция, която не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията констатира следните несъответствия:

2.1. Съгласно Технически изисквания към обществената поръчка т. 7. *Тестване на мострите: Ще се извърши тестване на всички мостри за да бъде гарантирано, че те отговарят на изискванията на настоящата техническа документация*, като за съответно Изискване (И) от 4. *Комуникация, отчитане и снемане на данни*, е посочено констатираното несъответствие (Н):

И: Наличие на M-bus комуникация съгласно EN 13757 (да бъдат предоставени DIF и VIF кодовете за M-bus телеграмата);

Н: Не са предоставени кодовете за M-bus телеграмата.

И: Наличие на Data Optical interface съгласно IEC 62056-21 (DIN EN 61107), за локален обмен на данни посредством оптична глава;

Н: Няма оптичен порт.

И: Комуникацията за четене на „Read Out“ файла да се извършва свободно без използването на парола;

Н: Няма read out (нямат оптичен порт).

И: Да няма възможност за промяна на фабричните номера през оптичен порт или M-bus модула;

Н: Предоставените мостри не комуникират с наличните ни M-bus устройства. Не е предоставен сервизен софтуер за да може да се проведе теста.

И: Водомерите за студена вода да бъдат настроени с M-bus адрес 248, а за топла вода да бъдат настроени с M-bus адрес 249; Да има възможност M-bus адреса да се променя след това посредством сервизен софтуер;

Н: Не са настроени и не е предоставен сервизен софтуер за настройка. Всички уреди са с m-bus адрес 1 и при наличие на 2 водомера в мрежата не могат да се четат.

И: Безплатно предоставяне на сервизен софтуер чрез който да могат да се настройват M-bus адресите на водомерите през оптичен порт; Софтуера да е съвместим с windows 7 или по – високи версии на windows;

Н: Не е предоставен сервизен софтуер.

И: Възможност за запазване и отчитане на показания през M-bus комуникация в края на календарния месец. Водомера да може да си прави самоотчет на всяко 1 –во число на месеца в 00 часа;

Н: Не са предоставени VIF, DIF кодове няма възможност за провеждане на тест.

И: Да няма възможност за манипулация на показанията на уредите през оптичен порт или M-bus модул;

Н: Не е предоставен софтуер за тест и не комуникират с наличните технически устройства.

И: Да има възможност за настройка от 15min, 30min, 1h или 24h за четене и получаване на показания;

Н: Не е предоставен сервизен софтуер и VIF, DIF кодове, за да може да се тестват.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.