

Разяснения по условия на обществена поръчка**До**

Лица, проявяващи интерес към обществена поръчка, провеждана чрез процедура на договаряне с предварителна покана № 568-EP-17-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции“

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка на договаряне с предварителна покана №568-EP-17-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции“, входирано с входящ № 2493/20.03.2018г. на основание чл.33 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос 1:

Позиция номер 6 - Уред за изпитване на изолационно съпротивление 100V-30бр, дали посочената стойност на напрежението на тестване е записана коректно или има печатна грешка? В приложената техническа спецификация е посочена стойност от 1000V.

Разяснение:

Във връзка с поставения въпрос, относно позиция 6 - Уред за изпитване на изолационно съпротивление, в т.IV.3) от Решение за откриване на обществена поръчка, както и в т.II.1.4) от Обявление за поръчка –комунални услуги, е допусната техническа грешка.Правилното изписване е :Позиция номер 6 - Уред за изпитване на изолационно съпротивление 1000V -30бр.

Решението за откриване на обществена поръчка, Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и всички приложения към нея, относно обществена поръчка на договаряне с предварителна покана № 568-EP-17-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции“ са общодостъпни, безплатни и са публикувани на Профила на купувача на Възложителя на следния адрес: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_568Dostavka-na-izmervatelni-uredi-po-obosobe.aspx?listnode=Za-nas/BuyersProfile

С уважение,
Стоил Николов

Експерт „Снабдяване,
управление на базата и автопарка“