

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 557-EP-17-HM-Д-3/ПЗ/ 22-06-2018

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 21-06-2018 на комисия, назначена на дата 20.03.2018г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 557-EP-17-HM-Д-3, с предмет: Доставка на еталонни уреди за проверка на електромери, открита с преписка № 00143-2018-0012/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 21-06-2018, by commission nominated on date 20.03.2018 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 557-EP-17-HM-Д-3, with subject: " Supply of reference meters for checking electrical meters ", announced with 00143-2018-0012

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място** / First place – ЕМСИСТ-6 ООД , гр.София/ EMSIST-6 OOD, Sofia

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. ЕМСИСТ-6 ООД , гр.София / EMSIST-6 OOD, Sofia

3. Отстранени от участие в процедурата участници:

3.1.Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник „ЛОКАТОР-К“ ООД, гр. София, със следните мотиви:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация 10/3 от 18.08.2006г, т.1 уредът да разполага както с външно захранване 230V±15%, така и със захранване от измервателните вериги 50 V ±300V.

Несъответствия:

Участник „ЛОКАТОР-К“ ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

- Предоставената мостра разполага само с външно захранване, т.е не притежава захранване от измервателните вериги.

Т.е. участник „ЛОКАТОР-К“ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

3.2. Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник Applied Precision Ltd, гр. Братислава, със следните мотиви:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация 10/3 от 18.08.2006г, т.1 уредът да разполага както с външно захранване 230V±15%, така и със захранване от измервателните вериги 50 V ÷300V.

Несъответствия:

Участник „Applied Precision“ Ltd е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, както и при провеждане на функционални тестове комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

- Предоставената мостра разполага с два входа за измервателни сензори, в които могат да се включат токови или напреженови сензори. При проверка коефициента на трансформация на токови трансформатори и към двата входа на предоставената мостра се свързват токови сензори, т.е. мострата не може да бъде захранена от измервателните вериги.

Т.е. участник **Applied Precision Ltd** е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_557-Dostavka-na-etalonni-uredi.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Костадин Петров В
/Изп. Член на СД/

Kostadin Petrov Velichkov

/Executive member of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД